

24354新北市泰山區明志路三段350號6樓

TEL: 886-2-8531-5388

FAX: 886-2-8531-5386

E-mail: hongu.co@msa.hinet.net

校正報告書

Calibration Report

Report No. HUS24071201


客戶名稱:	台北馬偕醫院臨床試驗藥局			連絡人:	劉人瑞藥師
電話:	(02)25433535 # 2243	申請日期:	2024/7/12	校正日期:	2024/7/12
受測儀器:	-20度低溫冷凍櫃	型號:	Liebherr	序號:	0908764-04
地址:	台北市中山北路二段92號B1				

使用標準器(Standards)		
儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacture	機型 Model
白金電阻溫度計	BRAIN CHILD	PR2012-OA211100

序號 Serial No.	追溯單位 Traceability	報告號碼 Report No	標準器有效日期 Due Date
219240017	TAF	LAT074824	2025/5/5

實際環境 溫度檢查	溫度: 23.1°C	相對濕度: 61%
溫度標準量測值(單位) -20.2°C	溫度實際讀值(單位) -20.4°C	誤差值(單位) -0.2°C
附註: 1. 量測數值在允收誤差範圍±0.5°C以內。 2. 建議每一年做一次溫度測定及校正。		

測量人員簽名



第一聯: 客戶留存聯

第二聯: 公司留存聯