

## 校正報告

Date : Apr. 15, 2021

### CALIBRATION REPORT

第 1 頁 / 共 1 頁

Document number : **TP110C-04-1515**

客戶名稱 : 馬偕紀念醫院  
Customer name

產品名稱 : 溫濕度計  
Product name

型號 : DTM-303H  
Model No.

校驗人員 : 周碩恆  
Operator

校正項目 :  校驗  調整  
Cal. Info Cal.Only Adjusted

製造廠商 : TECPEL  
Manufacturer

序號 : TP190718  
Serial NO.

校驗日期 : Apr. 15, 2021  
Inspected date

建議再校日期 : Apr. 14, 2022  
Recommended Date

### 使用標準器 / TECPEL Standard

儀器型號 Model	儀器序號 ID. No.	追溯單位 Calibration sources	報告編號 Report No.	標準器校正日期 Calibration Date
TR-77Ui	F4080214	ETC	20-08-BAC-583-01	Sep. 01, 2020

#### 1. Temperature Measurement Check (°C) :

IN	
Standard:	23.5
Reading:	23.8
Error	0.3

OUT	
Standard:	23.5
Reading:	23.9
Error	0.4

#### 2. Relative Humidity Measurement Check (RH%):

Standard:	56.7
Reading:	59.2
Error	2.5

Error = Reading - Standard

泰菱有限公司特此證明本報告內之受校儀器與標準器做過比較校正。

校正之標準器可追溯至中華民國度量衡國家標準實驗室標準。


上列的資料是以標準器進行比對測試所得的數據。本報告僅對送驗儀器之檢驗項目有效。

TECPEL certifies that equipment herein has been compared with the calibrated standards

The standards used to perform this calibration are traceable to NMI / ROC.

The above data shows the result of the comparison test with the standard instrument .

This inspection report is valid only to the items inspected.



報告簽署人  
Signature

泰菱有限公司

公司通訊地址: 新北市新店區民權路 130 巷 12 號 3 樓

電話: 02-2218-3111

傳真: 02- 2218-3222

24341 新北市泰山區福興二街68號

TEL: 886-2-8531-5388

FAX: 886-2-8531-5386

E-mail: hongu.co@msa.hinet.net

### 校正報告書

Calibration Report

Report No. HUS21072005

客戶名稱:	台北馬偕醫院臨床試驗藥局			連絡人:	王世遠藥師
電話:	(02)25433535 # 2243	申請日期:	2021/7/14	校正日期:	2021/7/20
受測儀器:	4°C 藥品冷藏櫃	型號:	SC-160E	序號:	F1222006
地址:	台北市中山北路二段92號B1				

使用標準器(Standards)		
儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacture	機型 Model
白金電阻溫度計	BRAIN CHILD	VR-06

序號 Serial No.	追溯單位 Traceability	報告號碼 Report No	標準器有效日期 Due Date
VR-016986	LAT(TAF)	LAT0013321	2022/2/23

實際環境 溫度檢查	溫度: 21.6°C	相對濕度: 61%
溫度標準量測值(單位) 4.0°C	溫度實際讀值(單位) 4.2°C	誤差值(單位) 0.2°C
附註: 1. 量測數值在允收誤差範圍±0.5°C以內。 2. 建議每一年做一次溫度測定及校正。		



主管簽名

陳齊瑞

測量人員簽名



第一聯: 客戶留存聯

第二聯: 公司留存聯