

CH10

**校正報告**

Date : Apr. 14, 2021

CALIBRATION REPORT

第 1 頁 / 共 1 頁

Document number : **TP110C-04-1420**

客戶名稱 : 馬偕紀念醫院  
Customer name

產品名稱 : 溫濕度計  
Product name

型號 : DTM-303H  
Model No.

校驗人員 : 周碩恆  
Operator

校正項目 :  校驗 Cal.Only  調整 Adjusted  
Cal. Info

製造廠商 : TECPEL  
Manufacturer

序號 : TP190672  
Serial NO.

校驗日期 : Apr. 14, 2021  
Inspected date

建議再校日期 : Apr. 13, 2022  
Recommended Date

使用標準器 / TECPEL Standard

| 儀器型號<br>Model | 儀器序號<br>ID. No. | 追溯單位<br>Calibration sources | 報告編號<br>Report No. | 標準器校正日期<br>Calibration Date |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| TR-77Ui       | F4080214        | ETC                         | 20-08-BAC-583-01   | Sep. 01, 2020               |

1. Temperature Measurement Check (°C) :

| IN        |      |
|-----------|------|
| Standard: | 24.1 |
| Reading:  | 24.8 |
| Error     | 0.7  |

| OUT       |      |
|-----------|------|
| Standard: | 24.1 |
| Reading:  | 24.4 |
| Error     | 0.3  |

2. Relative Humidity Measurement Check (RH%):


|           |      |
|-----------|------|
| Standard: | 52.1 |
| Reading:  | 53.0 |
| Error     | 0.9  |

Error = Reading - Standard

泰菱有限公司特此證明本報告內之受校儀器與標準器做過比較校正。  
 校正之標準器可追溯至中華民國度量衡國家標準實驗室標準。  
 上列的資料是以標準器進行比對測試所得的數據。本報告僅對送驗儀器之檢驗項目有效。  
 TECPEL certifies that equipment herein has been compared with the calibrated standards  
 The standards used to perform this calibration are traceable to NMI / ROC.  
 The above data shows the result of the comparison test with the standard instrument .  
 This inspection report is valid only to the items inspected.

泰菱有限公司

公司通訊地址: 新北市新店區民權路 130 巷 12 號 3 樓  
 電話: 02-2218-3111 傳真: 02- 2218-3222



報告簽署人  
Signature

24341新北市泰山區福興二街68號

TEL: 886-2-8531-5388

FAX: 886-2-8531-5386

E-mail: hongu.co@msa.hinet.net

### 校正報告書

Calibration Report


Report No. HUS21072010

|       |                     |       |           |       |           |
|-------|---------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 客戶名稱: | 台北馬偕醫院臨床試驗藥局        |       |           | 連絡人:  | 王世遠藥師     |
| 電話:   | (02)25433535 # 2243 | 申請日期: | 2021/7/14 | 校正日期: | 2021/7/20 |
| 受測儀器: | 4°C 藥品冷藏櫃           | 型號:   | TKC-KCC3  | 序號:   | 無         |
| 地址:   | 台北市中山北路二段92號B1      |       |           |       |           |

| 使用標準器(Standards)  |                     |             |
|-------------------|---------------------|-------------|
| 儀器名稱<br>Equipment | 製造廠商<br>Manufacture | 機型<br>Model |
| 白金電阻溫度計           | Brain Child         | VR-06       |
|                   |                     |             |
|                   |                     |             |

| 序號<br>Serial No. | 追溯單位<br>Traceability | 報告號碼<br>Report No | 標準器有效日期<br>Due Date |
|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| VR-016986        | LAT(TAF)             | LAT0013321        | 2022/2/23           |
|                  |                      |                   |                     |
|                  |                      |                   |                     |

|  |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| 實際環境<br>溫度檢查                                       | 溫度: 19.0°C          | 相對濕度: 60%        |
| 溫度標準量測值(單位)<br>3.0°C                               | 溫度實際讀值(單位)<br>3.1°C | 誤差值(單位)<br>0.1°C |
| 附註: 1. 量測數值在允收誤差範圍±0.5°C以內。<br>2. 建議每一年做一次溫度測定及校正。 |                     |                  |



主管簽名

陳商瑞

測量人員簽名



第一聯: 客戶留存聯

第二聯: 公司留存聯