

24354新北市泰山區明志路三段350號6樓

TEL: 886-2-8531-5388

FAX: 886-2-8531-5386

E-mail: hongu.co@msa.hinet.net

### 校正報告書

Calibration Report

Report No. HUS23071401

客戶名稱:	台北馬偕醫院臨床試驗藥局			連絡人:	陳泓伸藥師
電話:	(02)25433535 # 2243	申請日期:	2023/7/14	校正日期:	2023/7/14
受測儀器:	-20度低溫冷凍櫃	型號:	Liebherr	序號:	0908764-04
地址:	台北市中山北路二段92號B1				

#### 使用標準器(Standards)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacture	機型 Model
白金電阻溫度計	BRAIN CHILD	PR2012-OA211100

序號 Serial No.	追溯單位 Traceability	報告號碼 Report No	標準器有效日期 Due Date
219240017	TAF	LAT0170022	2023/12/1

實際環境 溫度: 22.3°C 相對濕度: 58%  
溫度檢查

溫度標準量測值(單位)	溫度實際讀值(單位)	誤差值(單位)
-23.2°C	-22.8°C	0.4°C

附註: 1. 量測數值在允收誤差範圍±0.5°C以內。  
2. 建議每一年做一次溫度測定及校正。

測量人員簽名



第一聯: 客戶留存聯

第二聯: 公司留存聯